


Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)

Akreditasyon Kapsamı

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0072-K	DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALİBRASYON MERKEZİ Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Akreditasyon No: AB-0072-K Revizyon No: 00 Tarih: 30-Nisan-2010
--	--

Ölçüm Büyüklüğü Kalibre edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği k=2) (±)	Açıklamalar
	%20 - %80	Karşılaştırmalı Metot	%2.5	İklimlendirme Kabininde Tüm Tüm Nem Ölçerler için Laboratuvarında verilen en iyi belirsizlikler
Rüzgar Hızı Ölçerler	3.0 m/s - 34 m/s	Pitot Tüp mikromanometre ile	$\pm (0.05+0.007*V)$ m/s	Karşılaştırmalı Metot
Rüzgar Hızı Ölçerler	2.5 m/s - 30 m/s	Ultrasonik anemometre ile	$\pm (0.11+0.004*V)$ m/s	Karşılaştırmalı Metot

KAPSAM SONU



Ali BOĞA
Yönetim Kurulu Başkanı




Atakan BAŞTÜRK
Genel Sekreter